

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 9364-08

Срок действия утверждения типа до 12 марта 2028 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Гигрометры психрометрические ВИТ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "ТЕРМОПРИБОР" (ОАО "ТЕРМОПРИБОР"), г. Клин

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МИ 737-83

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года

Срок действия утвержденного типа средств измерений продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 февраля 2023 г. N 242.

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 646070CB8580659469A85BF6D1B138C0
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 20.12.2022 до 14.03.2024

Е.Р.Лазаренко

«23» марта 2023 г.



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРМОПРИБОР

№ 226 от «17» ИЮНЯ 2010 г.

По месту требования

на № _____ от « _____ » _____ 2010 г.

По вопросу классификации
гигрометров психрометрических

Уважаемые господа!

Настоящим информируем Вас, что в соответствии с Общероссийским классификатором продукции (ОКП) термометры промышленно-технического назначения и гигрометры психрометрические относятся к классу 43 – приборам и средствам автоматизации специализированного назначения. Информация о данном классе ОКП указывается в документации, сопровождающей товар (паспорт, инструкция, Технические условия и т.п.).

Изделия медицинского назначения (медицинской техники) относятся к классу 94 Общероссийского классификатора продукции.

На основании выше изложенного, гигрометры психрометрические ВИТ-1 и ВИТ-2 не относятся к изделиям медицинского назначения (медицинской техники), не имеют регистрационного удостоверения и сопровождаются Сертификатом об утверждении типа средств измерений.

С уважением,

Заместитель Генерального директора
по качеству



В.А. Козлов

141600, Россия, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, 44

Web: www.thermopribor.com

E-mail: thermopribor@thermopribor.com

телефон: +7 (49624) 2-60-87 факс: +7 (49624) 2-60-94

Служба продаж: телефон: +7 (49624) 9-77-33, +7 (495) 637-60-69, факс: +7 (49624) 2-10-45

РАЗЪЯСНЕНИЯ по ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ

В соответствии с изменениями в законе №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» от 26.08.2008, от 27.12.2019 №496-ФЗ ст.1 пункт 3
Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений подтверждается включением сведений об утвержденных типах стандартных образцов или типе средств измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Следовательно, - это означает, что главным и юридически значимым доказательством о состоянии средства измерения станет наличие записи в (ФИФ ОЕИ)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ.

Все изменения уже были давно и переходный период должен уже быть завершен.
Сейчас: у каждого измерительного прибора есть индивидуальный №, который нужно проверить через фонд (ФИФ ОЕИ).

Только запись в ФИФ ОЕИ является подтверждением и наличие бумажного подтверждения не поможет если при проверке не будет записи.

В Фонде забивается номер термометра и проверяется его состояние.

Вся информация о работе измерительных приборов стекается в электронном виде в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений ФГИС "АРШИН".


_____/ ИП Бешенцев Д.А., ИНН 781000190508/


Информационное письмо

В соответствии с измерениями в законе №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» от 26.08.2008, и ФЗ №496 от 27.12.2019 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ"».

Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений подтверждается включением сведений об утвержденных типах стандартных образцов или типе средств измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Главным и юридически значимым доказательством о состоянии средства измерения станет наличие записи в (ФИФ ОЕИ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ.

Гигрометры психрометрические ВИТ: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/388188>
Срок свидетельства: 12.03.2028

ТС7АМК: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/396183>


Срок свидетельства: 21.05.2028

Гигрометры «ФАРМАЦЕВТ» ТМФЦ-100: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/1381728>

Срок свидетельства: 01.09.2025

Термометр безртутный ЭКА: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/369013>

Срок действия продлен: Приказ Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Госстандарт) от 20 марта 2023г.



/ ИП Бешенцев Д.А., ИНН 781000190508/